德国FRITSSCH

行星式球磨机

★最终精度：<1/0.1μm
★最大处理量：90/225/900ml
★工作原理:撞击力和摩擦力
★分析级纯度的研磨材质，共有9种不同材质的研磨装置可供选择，确保无污染的研磨
★悬浮液也能进行无损失的研磨
★最佳参数比，保证高效研磨
★P4型拥有独有的可变速比
★P7加强型最高转速达2200rpm

德国FRITSCH

冷冻研磨机

★适用于实验室少量干粉样品或悬浮液的精细研磨以及乳液或膏剂的匀浆，以及细胞前处理
★工作原理： 研磨球垂直震动
★冷冻方式：在研磨过程中向样品里直接加入液氮，冷冻效果非常好
★研磨后样品粒径的分布窄，匀化程度好
★可对生物材料进行研磨
★最终精度：5-10μm
★进样量：10ml
★最大进样尺寸(材质有关)< 5mm
★研磨碗振动频率:振幅 1-3mm
★主盘转速:3000-3600 振动/分钟

德国FRITSCH

激光粒度仪

激光粒度仪是一款用于干粉或悬浮液或乳剂中颗粒度分布测试的仪器，可用于发展研究及质量保证过程控制。

★工作原理：激光散射
★悬浮液的粒径测量范围：0.01-2000μm
★干法样品粒径测量范围：0.1μm-2000μm
★完全按照米氏理论进行计算
★无需近似的方法直接获得积分方程的求解
★无需转换透镜，即可进行大范围的动态测量

德国FRITSCH

筛分机

★筛分时间：3-20min
★筛分最大样品量：1kg
★筛分的测量范围:5μm-63mm
★主盘转速:3000-3600振动/分钟
★样品条件：干法/湿法
★在一个工作周期内可使用10个50mm高的分析筛盘。
★为精微筛分提供微型模式及间断式精微模式。
★数字调整调节振幅
★可迅速转换成微型振动研磨机
★选配ISO3310-1标准系列和ASTME-11-1995标准系列筛网

无锡晟泽

超低温保存冰箱

★德国产DANFOSS压缩机，过冷制冷复叠技术
★三层门密封结构，模具化断热层设计，有效消除结霜现象
★容积：150L/278L/500L/400L
★有卧式和立式两种类型
★最低温度规格：－86℃/－105℃/－135℃/－152℃
★用于保存病毒、病菌、红细胞、皮肤、骨□、细菌、精液、白细胞、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料等低温实验，适用于防疫站、血站、科研院所、医药公司等

无锡晟泽

药品稳定性测试箱(三箱综合)

★采用三箱独立控制温湿度及光照度，满足一台测试箱做三种类型稳定性测性
★全自动除霜不影响箱体内温湿度技术
★采用直接雾化技术，避免因热对抗使箱内产生大量凝露
★压缩机是进口的丹弗斯压缩机
★温度波动：±0.2%℃
★湿度波动：±3%
★三箱容积分别为：165L、165L、235L
★三箱温度范围分别为：0～65℃、0～65℃、0～40℃